ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**

**ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ
И РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ**

ВНИИФТРИ

ФГУП «ВНИИФТРИ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОВЕРКЕ

№ 6/640-2539-20

Регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311478

Действительно до 24 декабря 2021 г.

Средство измерений *Анализатор размеров частиц лазерный Mastersizer 2000 (Рег.№36722-08)*
наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном
информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер *MAL1034339*

в составе -

номер знака предыдущей поверки *18004455451*

поверено *в полном объеме*
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с
МП №242-0610-2007. Анализаторы размеров частиц лазерные MASTERSIZER. Методика
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка
поверки.

с применением эталонов:
Государственный первичный эталон единиц дисперсных с параметров аэрозолей, взвесей и
регистрационный номер и (или) наименование, тип,
порошкообразных материалов ГЭТ 163-2020
заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: *температура окружающего воздуха*
перечень влияющих факторов.
21,2 °С, относительная влажность воздуха 44,9%, атмосферное давление 100,1 кПа,
нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений
напряжение питающей сети 221,9 В, частота питающей сети 50 Гц

и на основании результатов ~~первичной~~ (периодической) поверки признано пригодным к применению.
(ненужное зачеркнуть)

Знак поверки : ГМС 19010756571

Помощник начальника НИО-6 _____ Осипов Сергей Анатольевич
подпись *фамилия, имя и отчество*

Поверитель _____ Беленький Дмитрий Ильич
подпись *фамилия, имя и отчество*

Дата поверки 25 декабря 2020 г.

СП № 0560651